EQUIPEMENT NATIONAL ENERGIE INC.

Essai De Point De Glace Des Thermomètres Électronique

Fabriquant		Affecté à	
Modèle		Date d'expiration	
Numéro de série		N° de Certificat/Document	
P1 *Tel que laissé **°C**		P2 *Tel que laissé **°C**	

L'essai de point de glace est valide pour 30 jours seulement à partir de la date de l'essai

*** Tel que laissé: Lecture du thermomètre par le laboratoire de MC lors de EPG à 0.000 °C (indiqué sur le certificat du thermomètre > table des réusltats d'étalonnage > Tel que trouvé)**
**** Tel que trouvé: Lecture du thermomètre après que la sonde a été immergé 2 minutes dans le bain de glace lorsque vous faites l'EPG.**

Date	P1**Tel que trouvé °C	Sonde 1 valeur absolue= Tel que laissé- Tel que trouvé	P2**Tel que trouvé °C	Sonde 2 valeur absolue= Tel que laissé- Tel que trouvé	Passé/ Échoué

Est-ce que la valeur absolue de l'EPG ≥ 0.2 °C? OUI ☐ NON ☐

- Si NON, remettre en service
- *Si OUI*, est-ce que le thermomètre a été retiré du service, acheminé à Port Coquitlam pour ajustement (réparations si nécessaire) et acheminé au Laboratoire de service d'étalonnage pour être re-étalonné ?

Commentaire:
Signature:

Formulaire NEE-FR-05 , Rév.: 05